

deklaracja zgodności



Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami następujących dyrektyw.

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| Kategoria | Pediatriczne przyrządy pomiarowe | | |
| Produkty | 206 | 416 | 417 |
| Klasyfikacja jako wyrób medyczny | Klasa I z funkcją pomiarową | | |
| Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych | zgodnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych | | |

Dyrektywa:

93/42/EWG Dyrektywa dotyczącej wyrobów medycznych

Producent: seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg, Niemcy

Made in China
Designed in Germany

Jednostka akredytowana 93/42/EWG:
TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 München, Niemcy



Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.

Hamburg, 08 / 08 / 2016

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing